

## 広野町学校給食共同調理場 学校給食食材放射能測定結果12月測定分

令和7年12月分の学校給食に係る放射能測定結果について、下記のとおりお知らせいたします。  
なお、測定は給食日の前日に行なうことを基本としておりますが、一部納品日の都合により、前倒しまたは当日測定しております。

広野町教育委員会  
(公印省略)

単位:Bq/Kg

測定日		No.	食材名	産地	納入業者	Cs-134	Cs-137	I-131	結果	備考
						(検出限界濃度)	(検出限界濃度)	(検出限界濃度)		
12月2日	火	1	にら	福島県	(株)四倉屋	7.2	6.5	4.1	不検出	12月2日(火)給食食材
		2	キャベツ	茨城県	(株)四倉屋	7.2	6.0	4.2	不検出	
		3	鶏むね肉	青森県	(株)四倉屋	6.4	5.5	3.7	不検出	12月3日(水)給食食材
		4	たまご	福島県	(株)四倉屋	6.6	5.6	4.0	不検出	
		5	もやし	福島県	(株)四倉屋	6.4	5.9	3.9	不検出	
12月3日	水	6	しめじ	茨城県	(株)四倉屋	6.4	6.0	4.2	不検出	12月4日(木)給食食材
		7	里いも	茨城県	(株)四倉屋	6.8	6.4	4.2	不検出	
12月4日	木	8	鶏もも肉	北海道	(株)四倉屋	6.7	5.5	4.0	不検出	12月5日(金)給食食材
		9	レタス	茨城県	(株)四倉屋	6.4	5.9	4.0	不検出	
		10	きゅうり	茨城県	(株)四倉屋	6.5	5.4	4.1	不検出	
		11	しいたけ	福島県	(株)四倉屋	7.1	5.9	4.3	不検出	
		12	れんこん	茨城県	(株)四倉屋	6.9	6.0	4.1	不検出	
12月8日	月	13	もやし	福島県	(株)四倉屋	6.8	5.8	3.9	不検出	12月8日(月)給食食材
		14	鶏むね肉	岩手県	(株)四倉屋	6.0	5.7	3.7	不検出	
		15	たまご	福島県	(株)四倉屋	6.4	6.0	4.0	不検出	12月9日(火)給食食材
		16	キャベツ	福島県	(株)四倉屋	6.3	5.8	3.8	不検出	
12月9日	火	17	エリンギ	新潟県	(株)四倉屋	6.9	5.7	4.3	不検出	12月10日(水)給食食材
		18	セロリ	福岡県	(株)四倉屋	6.8	6.2	4.5	不検出	
		19	レタス	茨城県	(株)四倉屋	6.1	5.9	4.2	不検出	
		20	しめじ	茨城県	(株)四倉屋	6.9	5.9	4.1	不検出	
12月10日	水	21	ごぼう	青森県	(株)四倉屋	7.1	6.1	4.1	不検出	12月11日(木)給食食材
		22	れんこん	茨城県	(株)四倉屋	6.6	6.2	4.2	不検出	
12月11日	木	23	鶏もも肉	青森県	(株)四倉屋	6.4	5.5	4.1	不検出	12月12日(金)給食食材
		24	きゅうり	宮崎県	(株)四倉屋	7.1	6.2	4.5	不検出	
12月15日	月	25	長ねぎ	福島県	(株)四倉屋	7.1	6.1	4.5	不検出	12月15日(月)給食食材
		26	鶏むね肉	北海道	(株)四倉屋	6.4	5.5	3.8	不検出	
		27	もやし	福島県	(株)四倉屋	5.9	5.8	3.7	不検出	
		28	豚肉	青森県	(株)四倉屋	6.1	5.2	3.7	不検出	12月16日(火)給食食材
		29	セロリ	福岡県	(株)四倉屋	6.9	5.9	4.3	不検出	
		30	ピーマン	茨城県	(株)四倉屋	7.5	6.7	4.3	不検出	
		31	しめじ	茨城県	(株)四倉屋	6.7	5.6	4.1	不検出	
12月16日	火	32	えのきだけ	新潟県	(株)四倉屋	6.6	5.8	4.2	不検出	12月17日(水)給食食材
12月18日	木	33	こねぎ	福岡県	(株)四倉屋	6.9	6.3	4.4	不検出	12月18日(木)給食食材
		34	玉ねぎ	北海道	(株)四倉屋	6.3	5.5	4.0	不検出	
		35	キャベツ	愛知県	(株)四倉屋	7.5	6.3	4.3	不検出	12月19日(金)給食食材
12月22日	月	36	鶏もも肉	北海道	(株)四倉屋	6.3	5.3	3.8	不検出	12月22日(月)給食食材
		37	人参	茨城県	(株)四倉屋	6.2	5.2	3.6	不検出	

(厚生労働省が定める一般食品摂取基準値:100Bq/kg)

※食材使用基準:当該測定機器による測定値が10Bq/kg以下の食材のみを使用食材として採用。

※測定方法:Nal(Tl)によるγ線スペクトロメトリー検出法

※測定機器:RAD IQ FS300 (NUCARE MEDICAL SYSTEMS)