

広野町学校給食共同調理場 学校給食食材放射能測定結果1月測定分

令和元年1月分の学校給食に係る放射能測定結果について、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、測定は給食日の前日に行うことを基本としておりますが、一部納品日の都合により、前倒しあるいは当日測定しております。

広野町教育委員会
 (公印省略)

単位: Bq/Kg

測定日	No.	食材名	産地	納入業者	Cs-134 (検出限界濃度)	Cs-137 (検出限界濃度)	I-131 (検出限界濃度)	結果	備考			
1月7日	火	1	キャベツ	愛知県	(株)四倉屋	6.6	5.9	4.2	不検出	1月8日(水)給食食材		
		2	鶏むね肉	北海道	(株)四倉屋	5.7	5.3	3.9	不検出			
		3	人参	千葉県	(株)四倉屋	6.7	6.3	4.2	不検出			
1月8日	水	4	豚肉	岩手県	(株)四倉屋	6.2	5.5	4.2	不検出	1月9日(木)給食食材		
		5	ごぼう	青森県	(株)四倉屋	5.9	5.7	4.3	不検出			
		6	みつ葉	茨城県	(株)四倉屋	7.6	6.7	4.7	不検出			
1月9日	木	7	里いも	広野町	二ツ沼直売所	7.8	6.9	4.7	不検出	1月9日(木)給食食材		
		8	大根	広野町	二ツ沼直売所	6.4	5.9	4.2	不検出			
		9	長ねぎ	広野町	二ツ沼直売所	7.2	6.5	4.5	不検出			
		1月10日	木	10	白菜	広野町	二ツ沼直売所	7.2	6.8	4.9	不検出	1月10日(金)給食食材
				11	たまご	新潟県	(株)四倉屋	6.5	6.0	4.3	不検出	
				12	かぶ	茨城県	(株)四倉屋	7.0	6.1	4.3	不検出	
				13	鶏むね肉	北海道	(株)四倉屋	6.1	5.9	4.3	不検出	
14	せり			茨城県	(株)四倉屋	7.2	6.2	4.6	不検出			
1月14日	火	15	人参	千葉県	(株)四倉屋	6.6	5.3	4.3	不検出	1月14日(火)給食食材		
		16	切り干し大根	広野町	二ツ沼直売所	6.4	5.7	4.1	不検出			
		17	小松菜	広野町	二ツ沼直売所	7.1	6.3	4.7	不検出			
		1月15日	水	18	長ねぎ	広野町	二ツ沼直売所	7.3	6.6	4.4	不検出	1月15日(水)給食食材
				19	もやし	栃木県	(株)四倉屋	6.6	5.3	4.3	不検出	
				20	豚肉	岩手県	(株)四倉屋	6.5	5.4	4.1	不検出	
1月15日	水	21	キャベツ	愛知県	(株)四倉屋	6.6	5.7	4.3	不検出	1月16日(木)給食食材		
		22	さつまいも	千葉県	(株)四倉屋	6.9	6.1	4.4	不検出			
		23	人参	千葉県	(株)四倉屋	6.5	6.0	4.2	不検出			
1月16日	木	24	しめじ	新潟県	(株)四倉屋	7.3	6.2	4.7	不検出	1月17日(木)給食食材		
		25	えのき	新潟県	(株)四倉屋	7.0	6.3	4.4	不検出			
		26	丸大根	広野町	二ツ沼直売所	6.9	5.9	4.2	不検出			
		27	ゆず	広野町	二ツ沼直売所	6.7	5.4	4.3	不検出			
		28	キャベツ	広野町	二ツ沼直売所	6.6	5.4	4.2	不検出			
1月20日	月	29	ほうれん草	広野町	二ツ沼直売所	7.6	6.5	4.8	不検出	1月20日(月)給食食材		
		30	鶏もも肉	北海道	(株)四倉屋	6.4	5.7	3.8	不検出			
		31	豚肉	岩手県	(株)四倉屋	6.3	5.2	3.9	不検出			
		1月20日	月	32	切り干し大根	広野町	二ツ沼直売所	6.0	4.9	3.8	不検出	1月21日(火)給食食材
				33	長ねぎ	広野町	二ツ沼直売所	7.5	6.5	4.8	不検出	
				34	小松菜	広野町	二ツ沼直売所	7.5	6.8	4.9	不検出	
				35	豚肩ロース肉	岩手県	(株)四倉屋	6.3	5.5	4.1	不検出	
1月21日	火	36	こねぎ	宮城県	(株)四倉屋	8.1	6.6	4.7	不検出	1月22日(水)給食食材		
		37	人参	千葉県	(株)四倉屋	6.3	5.8	3.8	不検出			
		38	えのき	新潟県	(株)四倉屋	6.5	5.9	4.2	不検出			
		39	里いも	広野町	二ツ沼直売所	7.6	6.6	4.6	不検出			
		40	大根	広野町	二ツ沼直売所	6.7	5.8	4.1	不検出			
1月21日	火	41	ごぼう	青森県	(株)四倉屋	7.1	6.2	4.5	不検出	1月22日(水)給食食材		
		42	鶏むね肉	青森県	(株)四倉屋	6.1	5.6	4.0	不検出			
		43	豚肉	岩手県	(株)四倉屋	6.3	5.6	4.1	不検出			
		44	キャベツ	愛知県	(株)四倉屋	7.2	6.5	4.8	不検出			
		45	しめじ	新潟県	(株)四倉屋	7.1	6.4	4.8	不検出			
1月22日	水	46	もやし	栃木県	(株)四倉屋	6.6	5.9	4.0	不検出	1月23日(木)給食食材		
		47	人参	茨城県	(株)四倉屋	6.8	6.3	4.3	不検出			
1月23日	木	48	キャベツ	愛知県	(株)四倉屋	7.2	5.9	4.7	不検出	1月24日(金)給食食材		
		49	ごぼう	青森県	(株)四倉屋	6.4	5.6	4.5	不検出			
1月27日	月	50	鶏もも肉	北海道	(株)四倉屋	6.3	5.6	4.2	不検出	1月27日(月)給食食材		
		51	人参	茨城県	(株)四倉屋	6.8	6.5	4.5	不検出			
		52	里いも	広野町	二ツ沼直売所	6.8	6.7	4.8	不検出			
		1月28日	火	53	豚肉	岩手県	(株)四倉屋	6.7	5.7	4.1	不検出	1月28日(火)給食食材
				54	せり	茨城県	(株)四倉屋	5.9	5.6	4.1	不検出	
				55	小松菜	広野町	二ツ沼直売所	7.1	6.5	4.6	不検出	
				56	白菜	広野町	二ツ沼直売所	6.7	6.1	4.3	不検出	
57	大根			広野町	二ツ沼直売所	6.6	5.8	4.1	不検出			

測定日	No.	食材名	産地	納入業者	Cs-134 (検出限界濃度)	Cs-137 (検出限界濃度)	I-131 (検出限界濃度)	結果	備考	
1月28日	火	58	長ねぎ	広野町	二ツ沼直売所	7.2	6.1	4.5	不検出	1月29日(水)給食食材
		59	鶏肉	北海道	(株)四倉屋	6.2	5.6	4.0	不検出	
		60	キャベツ	愛知県	(株)四倉屋	6.6	5.9	4.3	不検出	
		61	もやし	栃木県	(株)四倉屋	6.4	6.1	4.4	不検出	
1月29日	水	62	人参	茨城県	(株)四倉屋	7.0	6.1	4.6	不検出	1月30日(木)給食食材
		63	きゅうり	群馬県	(株)四倉屋	7.0	6.3	4.3	不検出	
1月30日	木	64	豚肉	岩手県	(株)四倉屋	6.4	5.4	4.0	不検出	1月31日(金)給食食材
		65	たまご	新潟県	(株)四倉屋	6.8	5.9	4.2	不検出	
		66	キャベツ	愛知県	(株)四倉屋	6.7	6.0	4.1	不検出	
		67	鶏むね肉	北海道	(株)四倉屋	5.7	5.4	4.1	不検出	
1月31日	金	68	ゆず	広野町	二ツ沼直売所	6.8	5.1	4.3	不検出	

(厚生労働省が定める一般食品摂取基準値:100Bq/kg)

※食材使用基準:当該測定機器による測定値が10Bq/kg以下の食材のみを使用食材として採用。

※測定方法:NaI(Tl)によるγ線スペクトロメトリ検出法

※測定機器:RAD IQ FS300 (NUCARE MEDICAL SYSTEMS)